

Динамометрический ключ

Динамометрический ключ с циферблатом

Модель: CDS 400S

Максимальная мощность: 400

Контролер: ТЈ

Температура окружающей среды 25°C

Серийный номер: 0JF040887

Блоки: N.m.

Указанные ограничения и тестовое оборудование используется для данной стандартизации с требованиями ISO6789:2003-W.

Неточность измерения тестового оборудования используется $\pm 1\%$.

Стрелка исполнительного механизма использовалась при калибровке.

Международное единство измерений согласно лабораторной калибровке.

Тестовые модели: BW10 Балансир и вес (гири)

заданный крутящий момент	понижение	увеличение	фактические данные
80	76,80	83,20	80
250	240,00	260,00	248
400	384,00	416,00	400

